

Ackrediteringens omfattning

Laboratorier

Exova Metech AB

Eslöv

Ackrediteringsnummer

0012

Ackrediterat laboratorium 0012

A000787-011

Kalibrering

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Bästa mätförmåga (CMC) ±</i>	<i>Flex</i>	<i>Fält</i>	<i>Anmärkning</i>
Dimension	Längd	Intern metod; PTN/2013:PMM9530-3:2016	Mätning i längdmätbank	4 - 150 mm	Längdvisande	0,8 µm	Nej	Nej	Släta, cylindriska ringar
		Intern metod; PTN:2015:PMM1033 8-3:2016	2-punktsmätning av utvändig diameter i längdmätbank	0,1 mm - 20 mm	Längdvisande	0,5 µm	Nej	Nej	Cylindriska måttpinnar

Bästa mätförmågan CMC är den lägsta mätosäkerhet kalibreringslaboratoriet kan leverera under ideala förhållanden. Mätosäkerheten anges som expanderad mätosäkerhet med täckningsfaktorn k=2 och med beräkningarna utförda i enlighet med EA-4/02.

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.